



FRANCISCO MUÑOZ IRLES, C.B.

DISPOSITIVO PARA ENSAYOS DE LAS PALMILLAS (PLANTAS DE MONTAJE) EN DINAMÓMETRO RESISTENCIA A LA EXFOLIACIÓN Mod. 53019

DESCRIPCIÓN

Dispositivo para realizar el ensayo para la determinación de la resistencia a la exfoliación de palmillas (plantas de montaje) sin distinción de materiales.

DESCRIPTION

Device to carry out delamination resistance test for insoles, which are made of any material.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Según Norma UNE-EN 12744.
- Pinzas fabricadas en acero inoxidable.
- 4 juegos de cilindros porta probetas fabricado en aleación de aluminio.
- Abrazadera para mantener los cilindros y las probetas coaxiales durante el montaje .
- Cuchilla circular para cortar las probetas.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Standards EN 12744.
- Grips made of stainless steel.
- Set of 4 sample-holder rollers, which are made of aluminium alloy.
- Clamp to keep both rollers and samples coaxial during the test.
- Circular blade to cut samples.