



FRANCISCO MUÑOZ IRLES, C.B.

EQUIPO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA BLANDURA DE LA PIEL MODELOS 5115 - 5115D

DESCRIPCIÓN

Equipo para realizar el ensayo de la determinación de la blandura de la piel, con sistema de medida analógico o digital.

DESCRIPTION

Device to carry out the softness test of leather, with analogue or digital measurement system.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Según Norma UNE-EN ISO 17235.
- Abertura circular A, de 35,0 mm \pm 0,1 mm de diámetro
- Anillos para reducir la abertura A, de 25 mm \pm 0,1 mm y 20,0 mm \pm 0,1 mm de diámetro
- Resolución del sistema analógico: 0.1 mm
- Resolución del sistema digital: 0.01 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- According to Standard EN ISO 17235.
- Circular gap A, 35,0 mm \pm 0,1 mm in diameter.
- Rings to reduce gap A. They are 25 mm \pm 0,1 mm and 20,0 mm \pm 0,1 mm in diameter.
- Resolution of analogue system: 0.1 mm
- Resolution of digital system: 0.01 mm